



NTNU	Spesifisering av innhold som bør være tilgjengelig i en informasjonsperm - røntgen	Utarbeidet av	Nummer	Dato	
		HMS-avd.	HMSRV-36/04	06.10.2011	
HMS		Godkjent av	side	Erstatter	
		Rektor	1 av 1	01.12.2006	

Sentrale data om apparaturen vil kunne være

- Fabrikat, modell, alder, eier, serienummer
- Strømstyrker [mA], maks toppspenning [kV]
- Forskriftsmessig merking
- Justeringsområde (maks, min) for utgangseffekt/energi

Instrumentspesifikk dokumentasjon

- Driftsoperatører og teknisk personell
- Lister over selvstendige brukere
- Loggføring av bruk for hvert apparat
- Resultat av siste risikovurdering
- Instruks for brukere
- Instruks for ikke-kyndige (rengjøringspersonale, vaktmester, besøkende)

Nødprosedyrer

- Prosedyrer for tiltak i forbindelse med nødsituasjoner (brann, vannlekkasjer, stråleskader, etc).
- Bør beskrive hvordan apparaturen slås av korrekt, at stråling ikke er tilstede ved avslått apparatur, tiltak ved evt. stråleskade, kontaktinformasjon, rapportering, etc.
- Bruk gjerne bilder/figurer.

Infopermen kan gjerne ha gul front og rygg.